

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王瑞云	
	职称: 高级技师	
	工作单位: 威海市中心医院	
项目信息	项目名称: 清洗润滑油	
	供应商名称: 威海昱尔贸易有限公司	
专业人员论证意见	医院现有X光式骨科手术床等设备,日常使用中需要注入润滑油,对手术床等设备进行清洗、润滑。该润滑油由油嘴为专用喷嘴,其型号牌为润滑油喷嘴无不适为设备之机械进行清洗、润滑,为保证设备之机械正常工作,做好设备之维护保养,建议使用NSK品牌专用清洗润滑油。威海昱尔贸易有限公司是唯一合法授权商,故建议从该供应商处采购清洗润滑油。	
专业人员签字	王瑞云	日期 2024年12月10日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王付堂	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 威海市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 清洗润滑油	
	供应商名称: 威海昱尔贸易有限公司	
专业人员论证意见	该物品属于NSK电动式骨手术动力系统专用产品。主要用于手术打开颅钻手柄、锐刀手柄、磨钻手柄、打孔钻手柄的清洗保养。为保证该系统的稳定性,满足临床工作要求,建议采用单一来源方式从该物品在国内指定的代理商采购。	
专业人员签字	王付堂	日期 2024年12月10日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 冯启平	
	职称: 副经理	
	工作单位: 市社保中心(国号)	
项目信息	项目名称: 清洗润滑油	
	供应商名称: 威海昱尔贸易有限公司	
专业人员论证意见	NSK 数控清洗润滑油为 NSK 电动带传动系统专用配套产品, 其专用技术对外不开放, 国内其他厂家均不能生产。所以只能采购原厂生产的专用清洗润滑油。同意单一来源采购方式。	
专业人员签字	冯启平	日期 2024 年 12 月 10 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

威海市中心医院清洗润滑油项目

单一来源论证专家签到表

类别	姓名	电话	身份证号	工作岗位	技能证书	专业方向	工作年限
专家 评委	孙福平	13863098579	370628195808074113	市视光中心临床	副高	临床眼科	25
	孙书亮	15606312269	370620196301080518	威海市妇女儿童医院	副主任医师	医学影像	41
	褚磊	13963188608	370632197103243021	威海市中医院	副高	医学检验	31

2024 年 12 月 10 日

本证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格。



持证人签名: 冯启龙

姓名: 冯启龙

性别: 男

出生年月: 1958.08

工作单位: 威海市职工医疗保险事业处

现从事专业: 中医内科

原专业技术

职务资格: 主治中医师

现专业技术

职务资格: 副主任医师

资格证书编号: 鲁042321400052

评审委员会(章)

评审时间: 2005-1-13

公布时间: 2005-2-2
(生效时间)

公布文号: 威人职(2005)2

本证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格。



持证人签名: 王传堂

姓名: 王传堂

性别: 男

出生年月: 1963.01

工作单位: 威海市妇女儿童医院

现从事专业: 放射诊断

原专业技术
职务资格: 主治医师

现专业技术
职务资格: 副主任医师

资格证书编号: 鲁072321400040



评审委员会(章)

评审时间: 2007-12-28

公布时间: 2007-12-30
(生效时间)

公布文号: 威人职(2007) 36号

本证书表明持证人通过高级专业技术职务评审委员会评审或经过主管单位考核认定，具有相应的学术技术水平。



持证人签名: _____

姓名: 王爱玲
性别: 女
出生年月: 1971.03
工作单位: 威海市中医院
现从事专业: 设备管理
原专业技术职务资格: 工程师
现专业技术职务资格: 高级工程师
资格证书编号: 鲁100920300031

评审委员会(章)



2010-12-23
评审时间:

2011-3-26
公布时间:
(生效时间)

鲁人社办发(2011) 51号

公布文号:

资格证书编号