

单一来源专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 孙树娟	
	职称: 副高.	
	工作单位: 威海市中心医院超声科.	
项目信息	项目名称: 威海市中心医院白内障超声乳化手柄及针头采购项目	
	供应商名称: 威海礼和贸易有限公司	
专家论证意见	提出单一来源供应商的理由: 现有超声乳化手柄及针头为该品牌专利产品, 设备性能、接口参数均经锁定, 仅能于原装的线路匹配运行, 否则厂家无法兼容运行, 无法替代该产品, 为保障手术安全, 设备稳定运行, 建议采用单一来源采购。	
专家签字	孙树娟	日期: 2016 年 6 月 12 日

单一来源专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 冯府平	
	职称: 副高	
	工作单位: 威海市社保中心(原保)	
项目信息	项目名称: 威海市中心医院白内障超声乳化手柄及针头采购项目	
	供应商名称: 威海礼和贸易有限公司	
专家论证意见	提出单一来源供应商的理由: 该设备手柄没有校验密码,属于定制产品,与其他厂家生产的手柄均不匹配,只能使用原厂生产的设备,其针头虽然国内也有厂家生产,但技术层面较低,只能用于普通手术使用,对硬膜、高度近视、青光眼及微切口等复杂手术均不适合使用。所以只能采用单一来源方式采购。	
专家签字	冯府平	日期: 2026年6月10日

单一来源专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 刘军	
	职称: 正高级	
	工作单位: 山东舜翔(威海)律师事务所	
项目信息	项目名称: 威海市中心医院白内障超声乳化手柄及针头采购项目	
	供应商名称: 威海礼和贸易有限公司	
专家论证意见	提出单一来源供应商的理由: 本项目采购的白内障超声乳化手柄及针头采购项目,为专有技术产品,与在用设备唯一兼容、原厂唯一代换备件属供应,无其他合法合规替代产品,符合“只能从唯一供应商处采购”的法定情形,法律适用依据充分.针头及手柄的唯一性由设备匹配性客观决定,非人为设置壁垒,无排斥竞争情形,未损害公平竞争原则.依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定,本项目符合法定单一来源采购条件,建议采用单一来源方式采购.	
专家签字	刘军	日期: 2016年6月10日

单一来源专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 王云娟	
	职称: 主任护士	
	工作单位: 文登己溪头镇卫生院	
项目信息	项目名称: 威海市中心医院白内障超声乳化手柄及针头采购项目	
	供应商名称: 威海礼和贸易有限公司	
专家论证意见	提出单一来源供应商的理由: 威海市中心医院白内障超声乳化切一体机设备为进口设备, 超声乳化手柄及针头为超乳机专用配套使用, 其它品牌无法匹配原有主机使用, 只能通过同科林医疗器械(上海)有限公司授权与威海礼和贸易有限公司采购产品, 建议采用单一来源方式采购。	
专家签字	王云娟	日期: 2026年6月10日

单一来源专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 刘遵校
	职称: 副主任医师
	工作单位: 威海市文登区环山社区卫生服务中心
项目信息	项目名称: 威海市中心医院白内障超声乳化手柄及针头采购项目
	供应商名称: 威海礼和贸易有限公司
专家论证意见	提出单一来源供应商的理由: 一. 威海市中心医院现使用的超乳破切一体机 Pular2 配件产品超乳手柄、超乳针头、测试套需使用原厂(专用配件), 其它产品无法与之匹配来保证设备性能。 二. 同科技医疗仪器(上海)有限公司是该产品在中国独家代理, 威海礼和贸易有限公司是授权经销单位。 三. 建议采用单一来源方式采购
专家签字	刘遵校 日期: 2026年 6月 10日